

**Anforderung Sicherheitstechnische Kontrolle gemäß § 11 MPBetreibV / Begleitdokument**

Bitte das Dokument ausgefüllt an die E-MAIL Adresse [stk@messmer-medizintechnik.de](mailto:stk@messmer-medizintechnik.de) zurück senden, Sie helfen uns so weitere Prozesskosten zu vermeiden (Rücksprache)!

**Kundendaten****Bezeichnung der Organisation:****Rechnungsanschrift:** Straße:

PLZ / Ort:

Telefon/Mobil:

E-MAIL:

**Prüfort:** Prüfort gleich Rechnungsanschrift abweichender Prüfort:**Adresse:**

Laut Medizinprodukte Verordnung benötigen wir von Ihnen, als Betreiber, eine allgemein gültige

E-MAIL Adresse, die wir in unserer Datenbank vermerken dürfen.

Diese dient zur Kommunikation der Medizinprodukte Sicherheit. Darunter zählen Z.B. Rückrufe des Herstellers, wichtige Neuerungen, BfArM und vieles mehr.

**MP-SICHERHEIT-EMAIL:**

**Angaben zum Ansprechpartner(in) (MPG-Beauftragte(r))**

Name, Vorname :

Telefon/Mobil :

E-MAIL :

Bem.: Falls mehrere Ansprechpartner vorhanden sind, bitte alle namentlich benennen.

**Service Informationen allgemein (bitte ankreuzen / ausfüllen)**

**Auftrag des Kunden**

Durchführung einer STK vor Ort       Durchführung einer STK in unserem Servicezentrum

Kostenvoranschlag vorab

Unser Terminvorschlag:

Termin wird bestätigt

Termin wird nicht bestätigt

Leihgerät erforderlich

**Ausstattung Leihgerät**

Monitor C3 :

KVK

GSM

Patientenbox:

SpO2-Masimo

CPR

IBD

SpO2-Rainbow

CO2

Temp

NIBD

Bluetooth

Defimodul:

Version Slim

Version DEM1 (Bauch)

Bem.: Falls Sie Ihr Gerät zu uns senden und ein Leihgerät benötigt wird, berechnen wir außer den Versandkosten eine Aufwandspauschale von 40,00 € Netto. Gleiches gilt, falls Sie zur Unterstützung vor Ort ein Leihgerät vorab benötigen.

Prüfprotokoll-Format:  Digital     Papier     Beides

E-MAIL:

**Bemerkungen des Kunden:**

**Bemerkungen/Hinweise:**

- ▶ Bei reiner STK Ihres Gerätes, gehen wir von einem funktionsfähigen Gerät im einwandfreien Zustand aus.
- ▶ Nicht bei allen Geräten lässt sich das STK-Datum im Gerät einstellen, entscheidend ist jedoch immer das Datum im Prüfprotokoll selbst, nicht das hinterlegte Ablaufdatum im Gerät.
- ▶ Im Reparaturfall bitten wir um eine detaillierte Fehlerbeschreibung, im nachfolgenden Reparaturabschnitt.

## Angaben der zu prüfenden Geräte:

Bem.: Bitte wählen Sie die Geräte, welche geprüft werden, aus und tragen Sie die Menge der zu prüfenden Geräte dahinter ein.

### Corpuls - Geräte:

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

### Spritzenpumpen:

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

<input type="text"/>	MENGE	<input type="text"/>
----------------------	-------	----------------------

## Software-Versionen

Folgende Softwareversion für Corpuls C3 / C3T ist gewünscht:

- 4.0.3    4.2.2    4.3.2    Kein Update gewünscht

Wir empfehlen immer die aktuellste Version zu nutzen, um sicher zu stellen, dass keine Software-Fehler vorliegen und um einen reibungslosen Betrieb zu Gewährleisten.

Bem.: Falls Sie den Corpuls C3/C3T in Verbindung mit einem Tablet nutzen (MedDV oder Pulsation) klären Sie bitte vorab die Kompatibilität bezüglich der neuen Software-Version mit Ihrem Anbieter ab.

Aktuellste Software-Version für Corpuls CPR: 1.3.2

Aktuellste Software-Version für Corpuls C1: 2.1.0

Aktuellste Software-Version für Corpuls AED: CS50165-00G

Bezüglich einer Hersteller Einweisung auf die neue Software-Version erkundigen Sie sich rechtzeitig bei unseren Vertriebskollegen.

## Aktuell bekannte Mängel / Schäden an Corpuls-Geräten

**Fehlerbeschreibung** (bitte detailliert, gerne dürfen Sie in das Feld auch die Seriennummern, der zu prüfenden Geräte vermerken) :

Dokument	Titel	Stand	Freigegeben
Formular_Anforderung_STK.pdf	Anforderung der STK	02	S.Koch
Autor: j.korz	<b>4 Seiten</b>	11.06.23	19.12.22